06/20/11 BPM FEED THROUGH L.C. POST COLD SHOCK

ACTIVE PUMPING

INSIDE - 1.45×10^{-6} TORR

OUTSIDE - 3.09×10^{-7} TORR

MKS - 4.10×10^{-7} TORR

L.D. - 8.5×10^{-11} MBAR L./S.

START SPRAY - 13:34 8.4×10^{-11} MBAR L./S.

START BAGGING - 13:35 8.5×10^{-11} MBAR L./S.

STOP BAGGING - 13:42 8.1×10^{-11} MBAR L./S.

END TEST: 13:44 8.0×10^{-11} MBAR L./S.

RESULTS: NO RESPONSE TO HELIUM.

RGA SCAN